



Modulo

ISTRUZIONI SPEDIZIONE OGGETTI SOTTOPOSTI A PROVA VALUTATIVA

RNE.EL.DL.23.05

LMR/MOD.21.006 - agg. 1 del 2021-06-11

- Indirizzo di spedizione:

Politecnico di Milano
Dipartimento di Energia
Via La Masa, 34 - B18
20156 Milano
Ornella Tambussi - tel. 02 2399 6305
“Prova valutativa RNE.EL.DL.23.05”

- Data ultima ricevimento pacco: **20 gennaio 2024**
- Numero di oggetti per gruppo iscritto: **28 dispositivi ad elettrete**
- I dispositivi sottoposti a prova valutativa devono essere preparati nella stessa configurazione di utilizzo da parte degli utenti. Al rientro, per quanto possibile i dispositivi dovranno essere processati seguendo le normali procedure, utilizzate nella routine del laboratorio partecipante.
- Se possibile, gli oggetti non devono riportare etichette o simili che possano identificare il partecipante.
- Ogni gruppo è identificato da un codice del tipo Exy (dove x e y sono numeri), trasmesso tramite email dal Coordinatore della prova. Ogni dispositivo deve riportare un’etichetta con i codici da Exy-01 a Exy-28 (esempio: E99-01, E99-02,).
- Preparare un elenco di corrispondenza tra codice assegnato al dispositivo e codice elettrete (utilizzare il modulo LMR/MOD.21.010 “Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa”). Tale elenco deve essere stampato, firmato dalla persona di riferimento del laboratorio partecipante e inserito nella busta assieme ai dispositivi.
- I dispositivi possono essere preparati in due differenti modalità:
 - 1) preparati pronti all’uso, in modo che l’organizzatore non debba operare nessuna manipolazione sugli stessi, se non per un eventuale meccanismo on/off;
 - 2) suddivisi in disco e camera: il numero delle camere deve essere pari a 28. In fase di restituzione NON si procederà alla separazione tra disco e camera.
- I dispositivi devono essere così suddivisi:

- 4 set, ognuno composto da 6 dispositivi da esporre + 1 dispositivo transito (totale 28);
- Ogni set deve essere contenuto in una busta a tenuta di radon, opportunamente etichettata e sigillata (nel caso in cui gli elettretti non siano assemblati, le camere possono essere inviate tutte assieme in una busta/scatola, mentre gli elettretti devono essere posizionati in buste separate);
- Si raccomanda di utilizzare elettretti con tensione superiore a 650 volt.

- Su ognuna delle quattro buste apporre solo un'etichetta con il codice del gruppo e il progressivo dei dosimetri (esempio: da Exy-01 a Exy-12)
- Inserire le quattro buste contenenti i dispositivi in un'ulteriore busta e quindi imballare in una scatola per la spedizione. Oltre ai dispositivi la scatola deve contenere:
 - a) un'etichetta con l'indirizzo del partecipante da usarsi per la restituzione;
 - b) il modulo LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa";
 - c) un elenco dei dispositivi con indicazione della tensione degli elettretti al momento della preparazione;
 - d) eventuali istruzioni per il LAT incaricato delle esposizioni.
- Sull'esterno della busta o del pacco apporre l'etichetta LMR/MOD.21.011, debitamente compilata. **Non indicare alcun codice in esterno oltre a quello della prova valutativa riportata sull'etichetta.**
- La spedizione degli oggetti al Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni (LMR) è a carico dei partecipanti. **Si consiglia di evitare l'invio tramite raccomandata, causa problemi riscontrati nella consegna presso la portineria del campus.** Il LMR provvede alla restituzione degli oggetti ai laboratori partecipanti.
- Per i corrieri o i fattorini, indicare come orari di consegna dalle 9 alle 17, dal lunedì al venerdì. La consegna avviene presso il Laboratorio di Metrologia delle Radiazioni, via La Masa 34 – ed. B18, 20156 Milano. Come persona di riferimento indicare Ornella Tambussi, telefono 02 2399 6305.
- Una volta spedito il pacco, inviare una e-mail a ptp-deng@polimi.it con l'elenco degli oggetti (modulo LMR/MOD.21.010), con eventuale numero di lettera di vettura e relativo corriere, per controllare lo stato della spedizione.
- I moduli LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" e LMR/MOD.21.011 "Etichetta per spedizione" sono disponibili al seguente link: <https://www.metro-rad.polimi.it/it/informazioni-interconfronti/>
- Al momento della restituzione degli oggetti, nel modulo LMR/MOD.21.010 "Elenco oggetti sottoposti a prova valutativa" saranno indicate eventuali note sull'utilizzo dei dispositivi.
- Indicazioni circa la trasmissione dei risultati saranno inviate contestualmente alla restituzione dei dispositivi, secondo quanto definito nel calendario della prova (LMR/MOD.21.004).
- Per ulteriori chiarimenti o per dubbi, inviare una e-mail all'indirizzo ptp-deng@polimi.it o telefonare al Coordinatore, Prof. Marco Caresana (+39 02 23996336).